



Федеральное государственное унитарное предприятие
"Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы"

119061, Москва, ул. Озерная, 46

Тел.: (095) 437 5577
E-mail: Office@vniims.ru

Факс: (095) 437 5666
Office.vniims@g23.relcom.ru
<http://www.vniims.ru>

09.09.2011 № 205-6/131

На № _____

Директору
ФГУП "НПП "Дельта"
Антонову К.А.

Об испытаниях
газосигнализаторов ИГС-98

Довожу до Вашего сведения, что ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" проводит испытания в целях утверждения типа газосигнализаторов ИГС-98, изготавливаемых ФГУП «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «ДЕЛЬТА», г. Москва.

Газосигнализаторы ИГС-98 предназначены для измерения объемной и массовой концентрации: аммиака (NH_3), бутана (C_4H_{10}), водорода (H_2), диоксида азота (NO_2), диоксида серы (SO_2), диоксида углерода (CO_2), кислорода (O_2), метана (CH_4), метанола (CH_3OH), озона (O_3), оксида азота (NO), оксида углерода (CO), паров жидких углеводородов (C_xH_y), пропана (C_3H_8), сероводорода (H_2S), формальдегида (H_2CO), хлора (Cl_2), хлористого водорода (HCl), этанола ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) и сигнализации о выходе измеренных значений концентрации за установленные пределы.

Область применения ИГС-98: контроль технологических газов и воздуха рабочей зоны.

Материалы испытаний проходят экспертизу и оформление в ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМС" в соответствии с новыми требованиями, изложенными в МИ 3290 – 2010.

Заместитель директора

В.В.Пебалк
430 75 90



В.Н. Яншин